

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO
PARANAENSE - CISAMUSEP
ESTADO DO PARANÁ

De acordo com a Resolução nº 070/2013

Maringá – PR, sexta-feira, 22 de julho de 2022

Ano X

Edição nº 1577

ATOS DO CONSELHO DIRETOR

LAUDO DE ANÁLISE DE AMOSTRA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2022

O setor de Serviços de Enfermagem certificou que as amostras enviadas pela empresa **Enifar Comércio Atacadista de Instrumentos e Materiais Médicos Hospitalares Ltda ME**, foram submetidas à verificações de conformidade e atendimento aos descritivos dos itens 36, 37, 56, 65, 66, 67, 72, 73 e 74, quais sejam, glicosímetro, indicador microbiológico, seringa descartável 1cc, eletrodo para monitoração, escova cirúrgica seca, indicador microbiológico, seringa descartável 1cc, seringa descartável 5cc e seringa descartável 20cc, respectivamente, do referido certame.

Descrição do Item:

Item	Descrição	Marca	Análise
36	GLICOSÍMETRO, MONITOR PORTÁTIL, OPERAÇÃO DIGITAL, TIPO DE ANALISADOR QUANTITATIVO DE GLICOSE. NO CODE – SEM CODIFICAÇÃO MICRO AMOSTRA DE SANGUE. RESULTADO RÁPIDO – NO MÁXIMO 5 SEGUNDOS, AVISO DE HIPOGLICEMIA MARCAÇÕES PRÉ E PÓS REFEIÇÕES. ALARMES CONFIGURÁVEIS DE MEDIÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ ACOMPANHAR O PRODUTO: 50 TIRAS AC PARA TESTE DE GLICOSE E 50 LANCETAS PARA PUNÇÃO, COM VALIDADES MÍNIMAS DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	G-Tech	Conforme descrição do item, não foi exigida amostra, no entanto foi avaliada e apresentou qualidade de acordo com o exigido em Edital e boa condição de uso, sendo satisfatório para o CISAMUSEP.
37	INDICADOR MICROBIOLÓGICO DE LEITURA DE 24 HORAS PARA ESTERILIZAÇÃO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS. CONTROLE BIOLÓGICO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR (AUTOCLAVE) A 121°C. AMPOLA DE VIDRO COM CALDO NUTRIENTE E	Cleanup	Conforme descrição do item, não foi exigida amostra, no entanto foi avaliada e apresentou qualidade de acordo com o exigido em

	TIRA DE PAPEL IMPREGNADA COM SUSPENSÃO DE ESPOROS SECOS GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. DEVERÁ PROPORCIONAR UMA LEITURA DENTRO DE 24 HORAS, APRESENTAR UMA TIRA EXTERNA PARA SER RETIRADA E COLADA, CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DATA DE FABRICAÇÃO E Nº DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.		Edital e boa condição de uso, sendo satisfatório para o CISAMUSEP.
56	SERINGA DESCARTÁVEL 1CC, COM AGULHA HIPODERMICA 13 X 4,5 MM ACOPLADA, SILICONIZADA, ESTÉRIL GRADUAÇÃO MEDIDA PERMANENTE COM PONTA CONECTORA TIPO LUER, COM ROSCA, EMBOLO COM PISTÃO DESLIZANTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO Nº DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	TKL	Conforme descrição do item, não foi exigida amostra, no entanto foi avaliada e apresentou qualidade de acordo com o exigido em Edital e boa condição de uso, sendo satisfatório para o CISAMUSEP.
65	ELETRODO PARA MONITORAÇÃO CARDÍACA, DESCARTÁVEL, ADULTO, AUTOADESIVO, COM GEL SÓLIDO LIVRE DE MUDANÇA DE VISCOSIDADE, QUE ASSEGURA A CONDUTIVIDADE, REVESTIDO COM PROTETOR DE ESPUMA, HIPOALERGÊNICO, PARA USO DE LONGO PRAZO (ACIMA DE 24 HORAS). INDICADO PARA HOLTHER, ERGOMETRIA E MONITORAMENTO. DEVERÁ VIR EMBALADO E CONSTAR	Solidor	Conforme descrição do item, não foi exigida amostra, no entanto foi avaliada e apresentou qualidade de acordo com o exigido em Edital e boa condição de uso, sendo satisfatório para o CISAMUSEP.

Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP

Funcionário Responsável: Matheus Luiz Saito Soares – Matrícula nº 154 – Resolução nº 097/2018 - CISAMUSEP
 Rua Adolpho Contessotto, 620, Zona 28 – CEP: 87053-285 – Fone: (44) 3123-8300
 Site: www.cisamusep.org.br e-mail: diariooficial@cisamusep.org.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

O CISAMUSEP dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cisamusep.org.br

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO
PARANAENSE - CISAMUSEP
ESTADO DO PARANÁ

De acordo com a Resolução nº 070/2013

Maringá – PR, sexta-feira, 22 de julho de 2022

Ano X

Edição nº 1577

ATOS DO CONSELHO DIRETOR

	DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, Nº DO LOTE E REGISTRO DA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.				MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.		
66	ESCOVA CIRÚRGICA SECA DESCARTÁVEL PARA ANTI-SEPSIA PRÉ-OPERATÓRIA DAS MÃOS, CORPO DE PLÁSTICO FLEXÍVEL E CERDAS MACIAS EM UM DOS LADOS E ESPONJA DO OUTRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	Rioquímica	Conforme descrição do item, não foi exigida amostra, no entanto foi avaliada e apresentou qualidade de acordo com o exigido em Edital e boa condição de uso, sendo satisfatório para o CISAMUSEP.	72	SERINGA DESCARTÁVEL 1CC, COM AGULHA HIPODERMICA 13 X 4,5 MM ACOPLADA, SILICONIZADA, ESTÉRIL GRADUAÇÃO MEDIDA PERMANENTE COM PONTA CONECTORA TIPO LUER, COM ROSCA, EMBOLO COM PISTÃO DESLIZANTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO Nº DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	TKL	Conforme descrição do item, não foi exigida amostra, no entanto foi avaliada e apresentou qualidade de acordo com o exigido em Edital e boa condição de uso, sendo satisfatório para o CISAMUSEP.
67	INDICADOR MICROBIOLÓGICO DE LEITURA DE 24 HORAS PARA ESTERILIZAÇÃO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS. CONTROLE BIOLÓGICO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR (AUTOCLAVE) A 121°C. AMPOLA DE VIDRO COM CALDO NUTRIENTE E TIRA DE PAPEL IMPREGNADA COM SUSPENSÃO DE ESPOROS SECOS GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. DEVERÁ PROPORCIONAR UMA LEITURA DENTRO DE 24 HORAS, APRESENTAR UMA TIRA EXTERNA PARA SER RETIRADA E COLADA, CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DATA DE FABRICAÇÃO E Nº DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 20	Cleanup	Conforme descrição do item, não foi exigida amostra, no entanto foi avaliada e apresentou qualidade de acordo com o exigido em Edital e boa condição de uso, sendo satisfatório para o CISAMUSEP.	73	SERINGA DESCARTÁVEL 5CC, SEM AGULHA SILICONIZADA ESTÉRIL GRADUAÇÃO MEDIDA PERMANENTE COM PONTA CONECTORA TIPO LUER, COM ROSCA, EMBOLO COM PISTÃO DESLIZANTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, Nº DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	SR	Conforme descrição do item, não foi exigida amostra, no entanto foi avaliada e apresentou qualidade de acordo com o exigido em Edital e boa condição de uso, sendo satisfatório para o CISAMUSEP.
				74	SERINGA DESCARTÁVEL 20CC, SEM AGULHA, SILICONIZADA ESTÉRIL GRADUAÇÃO MEDIDA PERMANENTE COM PONTA CONECTORA TIPO LUER LOCK, COM ROSCA, ÊMBOLO COM PISTÃO	SR	Conforme descrição do item, não foi exigida amostra, no entanto foi avaliada e apresentou

Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP

Funcionário Responsável: Matheus Luiz Saito Soares – Matrícula nº 154 – Resolução nº 097/2018 - CISAMUSEP
 Rua Adolpho Contessotto, 620, Zona 28 – CEP: 87053-285 – Fone: (44) 3123-8300
 Site: www.cisamusep.org.br e-mail: diariooficial@cisamusep.org.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

O CISAMUSEP dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cisamusep.org.br

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO
PARANAENSE - CISAMUSEP
ESTADO DO PARANÁ

De acordo com a Resolução nº 070/2013

Maringá – PR, sexta-feira, 22 de julho de 2022

Ano X

Edição nº 1577

ATOS DO CONSELHO DIRETOR

DESLIZANTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, Nº DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	qualidade de acordo com o exigido em Edital e boa condição de uso, sendo satisfatório para o CISAMUSEP.
--	--

Resultado da Análise:

Realizada a verificação no dia 21/07/2022 constatou-se que a amostra apresentada atende a descrição do Edital, restando **deferido** a amostra.

Maringá, 21 de julho de 2022.

SYLMARA BESSANI PAIXÃO ZUCOLOTO
GERENTE DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM

LAUDO DE ANÁLISE DE AMOSTRA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2022

O Centro de Especialidades Odontológicas e o setor de Serviços de Enfermagem certificaram que a amostra enviada pela empresa **Pontamed Farmacêutica Ltda**, foi submetida à verificação de conformidade e atendimento ao descritivo do item 11, compressa de gaze, do referido certame.

Descrição do Item:

Item	Descrição	Marca
11	COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL MEDINDO 7,5 X 7,5CM, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM FIOS DE 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, BRANQUEADO, PURIFICADO, COM 8 CAMADAS, ÁREA MÍNIMA DE 420 CM2 QUANDO ABERTA, COM NO MÍNIMO 13 FIOS/CM2, MEDIDAS PODENDO VARIAR +/- 5%. DEVERÁ APRESENTAR BORDAS VOLTADAS PARA DENTRO E PERFEITA UNIFORMIDADE ENTRE ELAS, ISENTA DE FIOS SOLTOS E FALHAS EM SUA TRAMA. EMBALAGEM COM 500 UNIDADES, QUE DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, Nº DO LOTE E REGISTRO DA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	Ultracotton

APRESENTAR AMOSTRA.	
---------------------	--

Resultado da Análise:

Realizada a verificação no dia 20/07/2022 constatou-se que a amostra apresentada não atende a descrição do Edital no quesito "ÁREA MÍNIMA DE 420 CM2 QUANDO ABERTA", restando **indeferido** a amostra.

Maringá, 20 de julho de 2022.

JULIANA GARCIA DA ROCHA CROTTI
RESPONSÁVEL TÉCNICA ODONTOLOGIA

SYLMARA BESSANI PAIXÃO
GERENTE DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM

LAUDO DE ANÁLISE DE AMOSTRA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2022

O setor de Serviços de Enfermagem certificou que a amostra enviada pela empresa **Rangel Hospitalar**, foi submetida à verificação de conformidade e atendimento ao descritivo do item 6, qual seja, atadura de crepe de 6cm, do referido certame.

Descrição do Item:

Item	Descrição	Marca	Análise
6	ATADURA DE CREPE DE 6CM DE LARGURA X 1,8M DE COMPRIMENTO CONTENDO 13FIOS/CM², CONFECCIONADA EM ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉTICO, BORDA COM ACABAMENTO QUE IMPEÇA O DESFIAMENTO, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTÍNUA E CILÍNDRICA, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES, QUE DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, Nº DO LOTE E REGISTRO DA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24	Erimax	Apresentou qualidade de acordo com o exigido em Edital e boa condição de uso, sendo satisfatório para o CISAMUSEP.

Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP

Funcionário Responsável: Matheus Luiz Saito Soares – Matrícula nº 154 – Resolução nº 097/2018 - CISAMUSEP
 Rua Adolpho Contessotto, 620, Zona 28 – CEP: 87053-285 – Fone: (44) 3123-8300
 Site: www.cisamusep.org.br e-mail: diariooficial@cisamusep.org.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

O CISAMUSEP dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cisamusep.org.br

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO
PARANAENSE - CISAMUSEP
ESTADO DO PARANÁ

De acordo com a Resolução nº 070/2013

Maringá – PR, sexta-feira, 22 de julho de 2022

Ano X

Edição nº 1577

ATOS DO CONSELHO DIRETOR

MESES À PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA.		
--	--	--

Resultado da Análise:

Realizada a verificação no dia 21/07/2022 constatou-se que a amostra apresentada atende a descrição do Edital, restando **deferido** a amostra.

Maringá, 21 de julho de 2022.

SYLMARA BESSANI PAIXÃO ZUCOLOTO
GERENTE DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM

LAUDO DE ANÁLISE DE AMOSTRA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2022

O setor de Serviços de Enfermagem certificou que as amostras enviadas pela empresa **Vale Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Eireli**, foram submetidas à verificações de conformidade e atendimento aos descritivos dos itens 10, 19, 35 e 49, quais sejam, cateter nasal, embalagem grau cirúrgico 15cm, gel para ultrassonografia e malha tubular, respectivamente, do referido certame.

Descrição do Item:

Item	Descrição	Marca	Análise
10	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO, COM DOIS INTRODUTORES NASAIS COM ORIFÍCIOS NA PONTA, CONFECCIONADO EM PVC, FLEXÍVEL, ATÓXICO E QUE NÃO CAUSE FERIMENTOS NO PACIENTE, COM AJUSTE E ADAPTAÇÃO CONFORTÁVEL NO PACIENTE, DEVERÁ VIR ESTERILIZADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA FABRICAÇÃO/ VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	Biosani	Conforme descrição do item, não foi exigida amostra, no entanto foi avaliada que o mesmo não possui ajuste e adaptação para ser colocado no rosto do paciente. Sendo insatisfatório para o CISAMUSEP.

19	EMBALAGEM GRAU CIRURGICO ROLO MEDINDO 15 CM X 100 M, EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO, COMPOSTA DE UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COMPOSTO DE CELULOSE ALVEJADA, 100% ISENTO DE CORANTES E/OU SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 (NBR 12946/93), A OUTRA FACE EM FILME PLÁSTICO LAMINADO, TRANSPARENTE EM POLIÉSTER COM POLIETILENO OU PROPILENO, COM GRAMATURA DE 54G/M2, ATÓXICO, RESISTENTE A VAPOR E ÓXIDO DE ETILENO, COM CARACTERÍSTICAS DE BARREIRA BIOLÓGICA. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E Nº DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	Packflex	Conforme descrição do item, não foi exigida amostra, no entanto foi avaliada e apresentou qualidade de acordo com o exigido em Edital e boa condição de uso, sendo satisfatório para o CISAMUSEP.
35	GEL – MEIO DE CONTATO PARA ULTRASSONOGRÁFIA, INCOLOR, SEM CHEIRO, DE CONSISTÊNCIA FIRME, PH NEUTRO, ISENTO DE SAL E ÁLCOOL, EMBALAGEM COM 300G, QUE DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, Nº DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	Multigel	Conforme descrição do item, não foi exigida amostra, no entanto foi avaliada e apresentou qualidade de acordo com o exigido em Edital e boa condição de uso, sendo satisfatório para o CISAMUSEP.

Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP

Funcionário Responsável: Matheus Luiz Saito Soares – Matrícula nº 154 – Resolução nº 097/2018 - CISAMUSEP

Rua Adolpho Contessotto, 620, Zona 28 – CEP: 87053-285 – Fone: (44) 3123-8300

Site: www.cisamusep.org.br e-mail: diariooficial@cisamusep.org.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

O CISAMUSEP dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cisamusep.org.br

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO
PARANAENSE - CISAMUSEP
ESTADO DO PARANÁ

De acordo com a Resolução nº 070/2013

Maringá – PR, sexta-feira, 22 de julho de 2022

Ano X

Edição nº 1577

ATOS DO CONSELHO DIRETOR

49	MALHA TUBULAR DE ALGODÃO UTILIZADA EM APLICAÇÕES ORTOPÉDICAS. TECIDO DE MALHA 100% ALGODÃO CRU, NÃO ESTÉRIL. DEVENDO MEDIR: 8CM X 25M, MEDIDAS PODENDO VARIAR +OU- 3%, ENROLADA UNIFORMEMENTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, Nº DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	Ortholev	Conforme descrição do item, não foi exigida amostra, no entanto foi avaliada e apresentou qualidade de acordo com o exigido em Edital e boa condição de uso, sendo satisfatório para o CISAMUSEP.
----	--	----------	--

Resultado da Análise:

Realizada a verificação no dia 20/07/2022. Conforme descrição do item, não foi exigida amostra, no entanto foi avaliada que o mesmo não possui ajuste e adaptação para ser colocado no rosto do paciente. Sendo **insatisfatório** para o CISAMUSEP, a amostra do item 10, restando **indeferido**.

Maringá, 21 de julho de 2022.

SYLMARA BESSANI PAIXÃO
GERENTE DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 42/2021.

Contratante: Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrão Paranaense.

Contratada: Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná.

Objeto: Prestação de serviço de Agente de Integração de Estágios, visando a administração de Programa de Estágio remunerado a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva nos cursos vinculados à estrutura do ensino superior, educação profissional (técnico) e/ou ensino médio, públicos e particulares, oficiais ou reconhecidas pelo MEC, cujas áreas de conhecimento estejam diretamente relacionadas com as atividades, programas, planos e projetos do CISAMUSEP.

Fundamento Legal: Art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme parecer nº 012/2022-PRO, de 02/06/2022.

Vigência: O prazo do contrato originário, será prorrogado por mais 12 (doze) meses, período compreendido de 01/09/2022 a 31/08/2023.

Reajuste: O valor da bolsa auxílio mensal de R\$ 700,00 (setecentos reais) será reajustado para R\$ 770,00 (setecentos e setenta reais), totalizando R\$ 92.400,00 (noventa e dois mil e quatrocentos reais), relativo a 10 bolsas auxílios.

Valor: A taxa de administração será mantida em 2,0% (dois por cento) sobre cada bolsa auxílio, totalizando R\$ 1.848,00 (um mil, oitocentos e quarenta e oito reais).

Dotação Orçamentária: nº 01.001.10.123.0001.2001.3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física e nº 01.001.10.123.0001.2001.3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

Data da Assinatura: 07 de julho de 2022.

Foro: Maringá – Paraná.

Maringá, em 07 de julho de 2022.

JANILSON MARCOS DONASAN
SECRETÁRIO EXECUTIVO

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 39/2021.

Contratante: Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrão Paranaense.

Contratada: MSR Auto Mecânica LTDA.

Objeto: Prestação de serviços especializados de manutenção em geral de veículo leve e de seus acessórios para os veículos, Classic placa ATO-4221, pertencente ao CISAMUSEP, Duster placas BBD-0395 e BCJ-0126, ambas cedidas ao CISAMUSEP.

Fundamento Legal: Art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme parecer nº 014/2022-PRO, de 04/07/2022.

Vigência: O prazo do contrato originário, será prorrogado por mais 12 (doze) meses, período compreendido de 23/07/2022 a 22/07/2023.

Valor: Os valores correspondentes ao item 1 (serviços especializados de mão de obra para funilaria, pintura, lanternagem, elétrica, tapeçaria, auto vidro, sistema hidráulico, ar condicionado, lubrificação, mecânica em geral, motor, radiador, caixa de câmbio, freios, suspensão, alinhamento e balanceamento e outros de natureza correlata dos veículos pertencentes à frota do CISAMUSEP) e ao item 2 (peças, acessórios e materiais em geral, novos e originais de fábrica e/ou de 1ª linha, paralelas ou genuínas, aditivos e óleos diversos, para os veículos pertencentes à frota do CISAMUSEP) não sofrerão reajustes dos valores contratualizados.

Dotação Orçamentária: nº 01.001.10.123.0001.2001.3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica e nº 01.001.10.123.0001.2001.3.3.90.30.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

Data da Assinatura: 08 de julho de 2022.

Foro: Maringá – Paraná.

Maringá, em 08 de julho de 2022.

JANILSON MARCOS DONASAN
SECRETÁRIO EXECUTIVO

Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP

Funcionário Responsável: Matheus Luiz Saito Soares – Matrícula nº 154 – Resolução nº 097/2018 - CISAMUSEP
 Rua Adolpho Contessotto, 620, Zona 28 – CEP: 87053-285 – Fone: (44) 3123-8300

Site: www.cisamusep.org.br e-mail: diariooficial@cisamusep.org.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

O CISAMUSEP dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cisamusep.org.br